

Chargenzertifikat

Produkt: Puffer pH 9,00 Carbonat, boratfrei
rückführbar auf SRM von PTB und NIST

Artikel Nr.: 609000

Chargen Nr.: 16451

Ungeöffnet haltbar: 12 Monate, bis 10.10.2025

Temperaturabhängigkeit:

T °C	0	5	10	15	20	25	30	35	40	50	60	70	80	90
pH	9,19	9,13	9,10	9,05	9,00	8,95	8,92	8,89	8,86	8,8				

Analysenwerte:

Prüfmerkmale	Prüfmethode	Soll - Wert	Ist - Wert
Aussehen	visuell	wasserklar	entspricht
pH Wert bei 20° C	Potentiometrisch	pH9,00 ± 0,02 *	pH9,00 ± 0,02 *
Pufferkapazität	dn / dpH (1ml NaOH bzw. HCl 1m in 100ml Puffer)	0,023	0,023

* Gemessen mit einer pH Einstabmesskette, kalibriert gemäß DIN 19268 unter Verwendung von DAKKS zertifiziertem sekundärem Referenzmaterial der Charge: M918S01/22 somit rückführbar auf SRM von PTB und NIST. Angegeben ist die erweiterte Messunsicherheit mit K = 2



02.11.2023

Angelika Christein

Dieses Zertifikat wurde sorgfältig nach bestem Wissen erstellt. Es entbindet jedoch nicht zur Wareneingangskontrolle und begründet keine Ansprüche Dritter an die es weitergeleitet wird. Eine Eigenschaftszusicherung im rechtlichen Sinne ist hiermit nicht verbunden.

Certificate of analysis

Product: Buffer solution pH9,00
traceable to SRM of PTB and NIST

Cat. no.: 609000

Batch no.: 16451

Minimum shelf life: 12 months, until 10.10.2025

Deviation of pH at various temperature:

T °C	0	5	10	15	20	25	30	35	40	50	60	70	80	90
pH	9,19	9,13	9,10	9,05	9,00	8,95	8,92	8,89	8,86	8,8				

Analysis:

Characteristic	Method	Target	Actual
Appearance	visual	clear	corresponds
pH value at 20° C	glass electrode	pH 9,00 ±0,02 *	pH 9,00 ±0,02 *
Buffer capacity	dn / dpH (1ml NaOH 1m in 100ml buffer)	0,023	0,023

* Measured with a combination glass electrode according to DIN 19268, using DAKKS certified Reference Material batch no. M918S01/22 traceable to PTB and NIST. Reported is the expanded uncertainty with K = 2.

Person in Charge:



02.11.2023

Angelika Christein

This certificate was carefully prepared after the best knowledge. It, however, doesn't release for receipt of goods control. A feature assurance in the legal meaning isn't connected hereby.